PCE-PH20WINE



Specyfikacja

pH	
Zakres pomiarowy	0 ... 14 pH
Rozdzielczość	0,01 pH
Dokładność	± 0,07 pH (w zakresie 5 ... 9 pH) | ± 0,1 pH (w zakresie 4 ... 4,9 i 9,1 ... 10 pH) | ± 0,2 pH (w zakresie 1 ... 3,9 i 10 ... 13 pH)
Elektroda	
Nazwa	PCE-PH-WINE
Zakres pomiarowy	0 ... 14 pH
Zakres temperatury	0 ... 100 °C
Zastosowanie	Specjalna elektroda pH do wina, piwa i innych płynów o niskiej przewodności
System referencyjny	AgCl (chlorek srebra)
Elektrolit referencyjny	Chlorek potasu (KCl)
Materiał trzpienia	Szkło
Długość trzpienia	120 mm
Średnica trzpienia	12 mm
Długość kabla	1 m
Podłączenie	BNC

Ogólne dane techniczne	
Funkcje pomiarowe	HOLD
Typ wyświetlacza	LCD
Rozmiar wyświetlacza	1,35 in
Automatyczne wyłączanie	10 min
Liczba punktów kalibracyjnych	3
Kalibracja	Automatycznie, przy pH4, pH7, pH10 za pomocą roztworów kalibracyjnych
Klasa ochrony urządzenia	IP67
Akumulator / Bateria	4 x 1,5 V Bateria AAA , Alkaliczno - Manganowa
Pojemność	1200 mAh
Warunki pracy	0 ... 60 °C , 0 ... 80 % RH
Warunki przechowywania	0 ... 60 °C , 0 ... 80 % RH
Wymiary (D x S x W)	180 x 40 x 32 mm
Masa	220 g

PCE Instruments Polska Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 86A
41-208 Sosnowiec
Polen

Telefon: +48 32 724 07 33
info-pl@pce-instruments.com