PCE-MO 2006


INSTRUCTIONS FOR
DIGITAL MILLIOHM METER
TESTING CURRENT
MEASUREMENT
4-TERMINAL TEST
READ USER'S MANUAL BEFORE OPERATING THIS INSTRUMENT
2024-03-27
CC-10 mA
12:17:11
200.0 Ω
SEL
ESC
MAX/MIN
ENTER/ SAVE
HOLD
TEST/ STOP
OFF
C2
P2
P1
C1
PCE-MO 2006
DIGITAL MILLIOHM METER

Specyfikacja

Opór	
Zakres pomiarowy do	0 ... 200 mΩ
Rozdzielczość	0,1 mΩ
Dokładność	± 0,8 % wartości pom.
Opór	
Zakres pomiarowy do	0 ... 2000 mΩ
Rozdzielczość	1 mΩ
Dokładność	± 0,8 % wartości pom.
Opór	
Zakres pomiarowy do	0 ... 20 Ω
Rozdzielczość	10 mΩ
Dokładność	± 0,8 % wartości pom.
Opór	
Zakres pomiarowy do	0 ... 200 Ω
Rozdzielczość	0,1 Ω
Dokładność	± 0,8 % wartości pom.
Opór	
Zakres pomiarowy do	0 ... 2000 Ω
Rozdzielczość	1 Ω
Dokładność	± 0,8 % wartości pom.

Ogólne dane techniczne	
Funkcje pomiarowe	MIN, MAX, HOLD
Typ wyświetlacza	Wyświetlacz LCD z podświetleniem
Rozmiar wyświetlacza	5,1 in
Nośnik pamięci	Pamięć wewnętrzna
Pojemność pamięci	200 Pomiary
Normy	EN 61010-1, EN 61326-1
Automatyczne wyłączanie	3 min
Standard bezpieczeństwa	CAT III 300 V
Metoda pomiaru	4-przewodowa metoda pomiaru mΩ
Prąd testowy	100 mA: 200,0 mΩ / 2000 mΩ 10 mA: 20,00 Ω / 200,0 Ω 1 mA: 2000 Ω
Bezpiecznik(i)	200 mA / 600 V
Język menu	Angielski (USA)
Klasa ochrony urządzenia	IP65
Klasa ochrony / informacje dodatkowe	Tylko przy zamkniętej pokrywie
Akumulator / Bateria	8 x 1,5 V LR14 , Alkaliczno - Manganowa
Pojemność	7000 mAh
Warunki pracy	0 ... 40 °C , 0 ... 80 % RH
Warunki przechowywania	0 ... 40 °C , 0 ... 80 % RH
Wymiary (D x S x W)	245 x 190 x 130 mm
Waga	1500 g

PCE Instruments Polska Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 86A
41-208 Sosnowiec
Polen

Telefon: +48 32 724 07 33
info-pl@pce-instruments.com