# -ICA

## PCE-PH20-ICA




» **Fabryczny certyfikat kalibracji ISO w zestawie**

## Specyfikacja

| pH | |
|---|---|
| Zakres pomiarowy | 0 ... 14 pH |
| Rozdzielczość | 0,01 pH |
| Dokładność | ± 0,07 pH (w zakresie 5 ... 9 pH) \| ± 0,1 pH (w zakresie 4 ... 4,9 i 9,1 ... 10 pH) \| ± 0,2 pH (w zakresie 1 ... 3,9 i 10 ... 13 pH) |
| **Elektroda** | |
| Nazwa | PE-03 |
| Zakres pomiarowy | 0 ... 13 pH |
| Zakres temperatury | 5 ... 60 °C |
| Zastosowanie | Roztwory wodne |
| System referencyjny | Ag/AgCl |
| Elektrolit referencyjny | Chlorek potasu 3M |
| Materiał trzpienia | Epoxid |
| Długość trzpienia | 160 mm |
| Średnica trzpienia | 12 mm |
| Długość kabla | 1 m |
| Podłączenie | BNC |

| Ogólne dane techniczne | |
|---|---|
| Funkcje pomiarowe | HOLD |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Rozmiar wyświetlacza | 1,35 in |
| Automatyczne wyłączanie | 10 min |
| Liczba punktów kalibracyjnych | 3 |
| Kalibracja | Automatycznie, przy pH4, pH7, pH10 za pomocą roztworów kalibracyjnych |
| Klasa ochrony urządzenia | IP67 |
| Akumulator / Bateria | 4 x 1,5 V Bateria AAA , Alkaliczno - Manganowa |
| Pojemność | 1200 mAh |
| Warunki pracy | 0 ... 60 °C , 0 ... 80 % RH |
| Warunki przechowywania | 0 ... 60 °C , 0 ... 80 % RH |
| Wymiary ( D x S x W ) | 180 x 40 x 32 mm |
| Masa | 220 g |

PCE Instruments Polska Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 86A
41-208 Sosnowiec
Polen

Telefon: +48 32 724 07 33
info-pl@pce-instruments.com