VISCOSIMETRO A TAZZA ISO

PCE-128/8



- **Altamente lucidati e finemente lavorati per un'elevata precisione del flusso**
- **Certificato di calibrazione in fabbrica incluso**
- **Con canale di troppo pieno**
- **Conforme agli standard internazionali**

Il viscosimetro ISO serve a determinare il tempo di svuotamento dei liquidi newtoniani o quasi newtoniani e si usa di solito nei laboratori e nella produzione industriale. Per funzionare dobbiamo chiudere l'ugello e versare il prodotto da misurare nel viscosimetro ISO. Quando si posiziona il piatto di vetro sulla tazza viene generata una depressione e si colloca la tazza sul treppiede per misurare il tempo. Il tempo di misura inizia quando si rimuove il piatto di vetro dal viscosimetro. Non appena si ferma il flusso, si deve bloccare il tempo. Per un valore relativo questo metodo risulta essere adatto in molti ambiti. Per garantire la precisione del viscosimetro nelle successive misure, è necessario pulirlo ogni volta dopo l'uso. Fare attenzione a non danneggiare la parte interna della tazza, poiché i graffi e i residui influiscono nelle misure successive.

Specifiche

Viscosità	
Campo di misura	600 ... 2000 mm²/s

Specifiche tecniche generali	
Tipo di display	senza display
Norma	ISO 2431, DIN 53224, EN 535, ASTM D5125
Alloggiamento	Acciaio inox
Diametro dell'ugello di uscita	8 mm
Tempo di arresto	30 ... 100 s
Dimensioni	Diametro esterno: 85 mm Diametro interno: 50 mm Altezza della tazza: 85 mm
Condizioni operative	10 ... 40 °C , 20 ... 80 % U.R.
Condizioni di stoccaggio	10 ... 40 °C , 20 ... 80 % U.R.
Dimensioni (L x L x A)	85 x 85 x 85 mm
Peso	353 g