VISCOSÍMETRO DE COPA

PCE-128/3



- **Pulido y acabo de gran calidad que garantiza una gran precisión**
- **Certificado de calibración de fabrica**
- **Con rebosadero**
- **Cumple los estándares internacionales**
- **Opcional: trípode en V**

El viscosímetro de copa ISO es apto para determinar el tiempo de vaciado de líquidos newtonianos o casi newtonianos, y suele utilizarse habitualmente en laboratorios y en la producción industrial. Para su manejo hay que cerrar la boquilla y verter el producto a medir en el viscosímetro de copa. Al colocar el plato de vidrio sobre la copa se genera una depresión, que permite colocar la copa sobre el trípode para medir el tiempo. El tiempo de medición empieza cuando retire el plato de vidrio del viscosímetro de copa.

En cuanto se pare el flujo, debe detener el tiempo. Para un valor relativo este método resulta adecuado en muchos ámbitos. Para garantizar la precisión del viscosímetro de copa en sucesivas mediciones, es preciso limpiarlo tras cada uso. Tenga cuidado de no dañar el interior de la copa. Cada arañazo y residuo seco influirán en las mediciones sucesivas.

Especificación

Viscosidad	
Rango hasta	7 ... 42 mm^2/s

Datos técnicos generales	
Tipo de pantalla	Sin pantalla
Norma(s)	ISO 2431, DIN 53224, EN 535 , ASTM D5125
Carcasa	Stainless steel
Diámetro de la boquilla de salida	3 mm
Tiempo de vaciado	25 ... 150 s
Dimensiones	Ø exterior 85 mm Ø interior 50 mm Altura 85 mm
Condiciones de funcionamiento	10 ... 40 °C , 20 ... 80 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	10 ... 40 °C , 20 ... 80 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	85 x 85 x 85 mm
Peso	353 g